



PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 001-2024-ITP-FASE2

"ADQUISICIÓN DE UN (01) DENSÍMETRO PARA EL PROYECTO VINCULADO AL CITECCAL AREQUIPA"

1. CONSULTA 01:

Experiencia del Proveedor

Se considera bienes similares a los siguientes: Equipos de acero inoxidable en general

Consulta al Comité

Bienes similares Equipos de acero inoxidable en general No es similar a un Densímetro para el Cálculo de Abrasión y Densidad donde la parte de acero inoxidable del densímetro es solo el plato de la balanza de precisión con capacidad hasta 620gr. que es un componente del Equipo Densímetro cuya función y naturaleza es para ensayos Físicos de Cuero y Calzado.

Solicitamos al Comité que considere bienes similares también al Flexómetro de Suela, Flexómetro de empeine, Abrasímetro de cilindro giratorio que son equipos que tienen componentes de Acero Inoxidable, Cuya Función y Naturaleza es para ensayos Físicos de Cuero y Calzado.

RESPUESTA 01:

En atención a la consulta se precisa que en relación a equipos similares se considera lo siguiente:

*Equipos de acero inoxidable en general **en partes y/o piezas de equipos de medición de materiales***

Por lo que, lo propuesto en bienes similares serán consideradas para su evaluación dentro de equipos de acero inoxidable en general en partes y/o piezas de equipos de medición de materiales.

2. CONSULTA 02:

Plazo de entrega

El plazo de entrega del Densímetro para el Cálculo de Abrasión y Densidad es de 40 días calendarios

Consulta al Comité: Siendo el Densímetro un equipo que se fabrica a pedido y en extranjero, Solicitamos al Comité un plazo de entrega de 60 días calendarios

RESPUESTA 02:

No se acepta el plazo de entrega de 60 días calendarios, debido que el plazo establecido en el numeral V de las especificaciones técnicas, ha sido confirmado por el mercado en la etapa de estudio de mercado, por lo tanto, es tiempo suficiente para la entrega de equipos en un plazo de hasta cuarenta (40) días calendarios.

3. CONSULTA 03:

Según: 8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA

Dice: "Equipos de acero inoxidable en general"

El criterio es muy ambiguo y de amplio espectro desde una tamizadora, chancadora a una plancha eléctrica, por favor aclarar y/o acotar el requerimiento



PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESPUESTA 03:

En atención a la consulta se precisa que en relación a equipos similares se considera lo siguiente:

*Equipos de acero inoxidable en general **en partes y/o piezas de equipos de medición de materiales***

Liz Katherine Quilla Hanco
Miembro Titular

Licenia Villacorta Rios
Miembro Titular

Sandra Felicitas Gonzales Valencia
Presidente Titular