



PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 078-2023-ITP-FASE2-CP

"ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR DE PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO CETF2 DEL CITE ACUÍCOLA PESQUERO AHUASHIYACU"

1. CONSULTA 1

Características Técnicas

7 Uniformidad de temperatura: ± 0.05 °C o mejor

¿Se solicita esta característica; ¿se aceptaría el rango de acuerdo al fabricante? O de ± 0.05 °C a ± 0.3 °C

Respuesta: Se aceptará el rango de temperatura de: ± 0.3 °C o menor (**Ver enmienda 1**)

2. CONSULTA 2

Características Técnicas

9. Velocidad de rampa:

- Calentamiento 4 °C/s o mejor

- Enfriamiento 3 °C/s o mejor

Se solicita esta característica; ¿se aceptaría el rango de acuerdo al fabricante?

Respuesta: Se acepta el rango de velocidad de rampa de acuerdo al fabricante (**Ver enmienda 2**)

3. CONSULTA 3

Características Técnicas

12. Tiempo de adquisición: 1 segundo o mejor

Se solicita esta característica; ¿se aceptaría el rango de acuerdo al fabricante?

Respuesta: Se acepta el rango de tiempo de adquisición de acuerdo al fabricante (**Ver enmienda 3**)

4. CONSULTA 4

Características Técnicas

16. Capacidad de conexión inalámbrica

Se solicita esta característica; ¿se aceptaría que esto sea alternativo, ya que no es crucial para el funcionamiento del equipo

Respuesta: No se acepta lo solicitado, debido a que la característica de capacidad de conexión inalámbrica es necesaria para un monitoreo del funcionamiento del equipo de manera remota.

El Comité, de fecha 15 de enero de 2024.

Jorge Luis Baneo Vela
Miembro Titular

Licenia Villacorta Rios
Miembro Titular

Hernán Oblitas Rodríguez
Presidente Titular