

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS

CP N°079-2023-ITP

**“ADQUISICION DE UN (1) ANALIZADOR DE BIOGAS PORTATIL PARA EL PROYECTO
VINCULADO AL CITE AGROINDUSTRIAL MAJES”**

1. Consulta 01:

En cuanto a las características técnicas no se menciona el reciclaje del gas metano así como la recolección de datos, la configuración del usuario y el hecho que no requiere la auto certificación para el anemómetro que son características propias del equipo que vamos a ofertar, tampoco menciona los accesorios que son importantes para el funcionamiento del equipo como los filtros de teflón, el cable para transferencia de datos, entre otros.

También necesitamos que nos aclare el alcance de la garantía, vigencia de garantía, entre otros que crean necesarios. Como también los documentos complementarios a la entrega del equipo como manual de operación y certificado de calidad.

Respuesta:

Estimados,

Se adjunta la página 3 de las EETT, la misma que no fue incluida en el lineamiento inicial por un error involuntario y donde están las respuestas a las consultas correspondientes.



| | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | A17 | ▪ Reciclaje de metano | |
| | | A18 | ▪ Recolección de datos para análisis mejorados e informes precisos | |
| | | A19 | ▪ No se requiere auto certificación para el anemómetro | |
| | | A20 | ▪ Fácil de usar y calibrar | |
| | | A21 | ▪ Configurable por el usuario | |
| | | A22 | ▪ Ayuda con el correcto funcionamiento de los controles del digestor | |
| | B | Accesorios | B01 | ▪ Pack de 10 filtros de teflón repelentes al agua |
| | | | B02 | ▪ Cable de PC para transferencia de datos |
| | | | B03 | ▪ Bolsa de transporte flexible |
| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | | | |
| C. Garantía | 1 | ▪ Alcance de la garantía: contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento ajenas al uso normal o habitual, además, que las mismas no hayan sido detectables al momento que se otorgó la conformidad. | | |
| | 2 | ▪ Vigencia de la garantía: 36 meses | | |
| | 3 | ▪ Inicio de la garantía: a partir de la fecha en que el CITE agroindustrial Majes otorga la Conformidad. | | |
| | 4 | ▪ La garantía deberá emitirse mediante documento (Certificado o Carta) al momento de la entrega del bien. | | |
| D. Documentos complementarios a la entrega del bien | 1 | ▪ Manual de operación físico o digital en idioma español (o traducido al español), el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien. | | |
| | 2 | ▪ Certificado de calidad del equipo emitido por el fabricante o Contratista, el cual deberá presentarse al | | |