



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

CP N° 018-2024-ITP-FASE2

### II CONVOCATORIA

#### "ADQUISICION DE (01) ESCANER DE PODOMETRIA 3D PARA BIOMECAÁNICA PARA EL PROYECTO VINCULADO AL CITECCAL TRUJILLO"

##### **CONSULTA N° 1**

###### **De los Lineamientos**

###### **FORMULARIO N° 02 –**

###### **REQUERIMIENTOS PRINCIPALES**

###### **Página 15/20**

Dice:

###### **Características Técnicas del Equipo:**

A01: Debe permitir la detección de la imagen tridimensional de la fisiología del pie, con precisión de 0.1mm

###### **Consulta**

Siendo que el brochure de la fábrica Sensor Medica indica que es posible realizar la detección de la imagen tridimensional de la fisiología del pie que la precisión del equipo es de +/- 1 MM y no de 0.1 MM como solicitan en la ficha técnica. Por ello, la consulta sería si se acepta esta característica técnica del equipo

###### **Respuesta:**

Se precisa que la precisión del equipo es de +/- 1 MM, por ello se acepta esta característica. Referirse a la enmienda N° 01.

##### **CONSULTA N° 2**

###### **De los Lineamientos**

###### **FORMULARIO N° 02 –**

###### **REQUERIMIENTOS PRINCIPALES**

###### **Página 15/20**

Dice:

###### **Características Técnicas del Equipo:**

A10: se solicita " Área de escaneo mínima: Máx. 304.8mm x 431.8 mm (12"x17"), A3

###### **Consulta:**

El equipo Podoscan3D ofrece un Área de escaneo de 340x160x80 mm; por lo cual, se solicita a la entidad tomar en consideración si estas medidas son aceptadas

###### **Respuesta:**

Se precisa que se acepta el área de escaneo de 340x160x80 mm como una característica técnica, en virtud de que al agregar profundidad mejora las condiciones operacionales del equipo. Referirse a la enmienda N° 02.

##### **CONSULTA N° 3**

###### **De los Lineamientos**

###### **FORMULARIO N° 02 –**

###### **REQUERIMIENTOS PRINCIPALES**

###### **Página 15/20**

Dice:

###### **Características Técnicas del Equipo:**

A11: lo siguiente " Fuente de color: 12 Vdc/ 3.0 A"

###### **Consulta:**

Siendo que el brochure de la fábrica Sensor Medica indica que tiene una "Fuente de poder: 12 Vdc/ 3.0 A". Por lo cual, se solicita a la entidad si es fuente de color o fuente de poder, ya que no se especifica en las fichas técnicas del fabricante dicha característica

###### **Respuesta:**

Se precisa que la característica técnica requerida es fuente de poder. Referirse a la enmienda N° 03.

**CONSULTA N° 4**

**De los Lineamientos**  
**FORMULARIO N° 02 –**  
**REQUERIMIENTOS PRINCIPALES**  
**Página 16/20**

Dice:

**Condiciones de operación:**

C02: Frecuencia: 50/60 Hz.

**Consulta:**

Debido a que en los brochures del fabricante no especifica la Frecuencia de 50/60 Hz para el equipo Podoscan 3D. Se solicita a la entidad confirmar si es necesaria una carta del fabricante en la cual detalle que cumplimos con esta especificación, ya que los equipos están calibrados para funcionar en Frecuencias de 50/60 Hz

**Respuesta:**

Se precisa que es necesaria una carta del fabricante en el que detalle que los equipos están calibrados para funcionar en Frecuencias de 50/60 Hz, en virtud de que para acreditar el cumplimiento de características que no se puedan evidenciar en los folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o fichas técnicas y/o manuales es necesaria una carta del fabricante (suscrita por Representante Legal y/o Gerente General y/o Directivo y/o Gerente/Jefe de la división técnica o técnica-comercial).