

Pliego de Enmiendas N° 02

**COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 002-2025-ITP-FASE2-CP
ADQUISICIÓN DE FOTODOCUMENTADOR DE GELES PARA EL PROYECTO CETF2 DEL CITE PRODUCTIVO SAN MARTÍN**

N°	SECCIÓN	Dice.	Debe decir:
1	Requerimientos técnicos mínimos numeral 3.1.	Características Técnicas (...) 6. Lente: Mínimo 11,5 – 69 mm, f/1,4 (...)	Características Técnicas (...) 6. Lente: Mínimo 11,5 – 69 mm, f/1,4 (Se aceptará lente de 8-48mm f/1.2 como equivalente técnico) (...)
2	Requerimientos técnicos mínimos numeral 3.1.	Accesorios que deben incluir el bien (De corresponder): - UPS - Pantalla convertidora azul: Mínimo 21 x 26 cm - Convertidor de luz visible - Transiluminador UV delgado: Mínimo 20 x 24 cm	Accesorios que deben incluir el bien (De corresponder): - UPS - Pantalla convertidora azul: Mínimo 21 x 21 cm - Convertidor de luz visible - Transiluminador UV delgado: Mínimo 21 x 21 cm
3	Lineamientos 9 Datos del Proceso	El plazo para presentar ofertas será: Hasta las 17:59 horas del 27 de junio de 2025. Oferta debidamente firmada por el representante legal, vía correo electrónico a: especialistabas206@itp.gob.pe	El plazo para presentar ofertas será: Hasta las 17:59 horas del 30 de junio de 2025. Oferta debidamente firmada por el representante legal, vía correo electrónico a: especialistabas206@itp.gob.pe